

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

1. Το προς προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία παρελκόμενα για τη λειτουργία του
2. Να είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα βαμμένο σε φούρνο με ειδική εποξική ακρυλική βαφή ιδιαίτερα ανθεκτική σε γρατζουνιές και λεκέδες, σύμφωνη με την UNI EN ISO9002 για τις βαφές σε νοσοκομειακό χώρο
3. Να είναι βιομηχανικής κατασκευής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση
4. Να είναι εξ ολοκλήρου πλενόμενο και απολυμαινόμενο με αντισηπτικά και να έχει στρογγυλεμένες άκρες για τον εύκολο καθαρισμό του
5. Να φέρει ενσωματωμένη εργονομική αντιτραυματική χειρολαβή ώθησης από υλικό ABS στην μια πλευρά και προσκρουστήρες για την εξομάλυνση των κραδασμών και προστασία του τροχήλατου από συγκρούσεις και πτώση
6. Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 650x600x900εκ. (ΜxΒxΥ)
7. Η επιφάνεια εργασίας να φέρει από τις τρεις πλευρές της προστατευτικό γείσο για αποφυγή πτώσης των υλικών ύψους 3-4εκ. περίπου
8. Να φέρει πέντε συρτάρια τα οποία στο πρόσθιο τμήμα τους να φέρουν εργονομικές ατραυματικές χειρολαβές αλουμινίου για το άνοιγμα και κλείσιμο τους. Εξ αυτών τα δύο συρτάρια να έχουν ύψος 15εκ. περίπου και τα άλλα τρία 10εκ. περίπου. Όλα τα συρτάρια να φέρουν διαφανή εσωτερικά διαχωριστικά. Τα συρτάρια να είναι κατασκευασμένα και βαμμένα με τον ίδιο τρόπο που είναι κατασκευασμένο και βαμμένο το τροχήλατο και με επιλογή του χρώματος από το τμήμα
9. Το τροχήλατο να διαθέτει κεντρική κλειδαριά συρταριών. Τα συρτάρια να είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένο σύστημα που να επιτρέπει το άνοιγμα ενός μόνο συρταριού κάθε φορά, αποφεύγοντας έτσι την ανατροπή του τροχήλατου
10. Το τροχήλατο να συνοδεύεται με: περιστρεφόμενη βάση απινιδωτή με ζώνες ασφάλισης, σανίδα απινιδώσης, κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 10lt περίπου, στατώ ορρού μεταβλητού ύψους με τέσσερα άγκιστρα, θήκη φιάλης οξυγόνου και βάση σταθεροποίησης κάδου αιχμηρών
11. Στη βάση να φέρει τέσσερις περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς διαμέτρου 125εκ., εκ των οποίων δύο με φρένο και ένας τουλάχιστον αντιστατικός
12. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη
13. Να διαθέτει πιστοποίηση CE και ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO14001, ISO13485(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO45001(για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία) να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004
14. Όλα τα ανωτέρω να πιστοποιούνται από τα επίσημα εμπόρικά φυλλάδια τα οποία να κατατεθούν και να απαντηθούν τα ζητούμενα με φύλλο συμμόρφωσης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ