

7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φίλτρο σπιρομέτρου

1. Να είναι κατάλληλο για το σπιρόμετρο που διαθέτει το νοσοκομείο.
2. Να προσαρμόζεται απευθείας επάνω στην τουρμπίνα και το άλλο άκρο να διαθέτει ανατομικό σχήμα ώστε να μην απαιτείται η χρήση επιπλέον επιστόμιου.
3. Να είναι κατάλληλο για ενηλίκους και παιδιά.
4. Να διαθέτει μεμβράνη πολυπροπυλενίου για ηλεκτροστατικό και μηχανικό φιλτράρισμα. Να παρέχει 99,99% προστασία από ιούς και βακτήρια.
5. Να διαθέτει χαμηλή αντίσταση ροής (flow 14 l/s), μικρότερη από 1,5cmH₂O / (l/s) και νεκρό όγκο κάτω των 50ml.
6. Να είναι ελαφρύ, έως 40g.
7. Να είναι μιας χρήσης και σε ατομική συσκευασία.
8. Να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.
9. Η συμβατότητα του είδους να αποδεικνύεται από έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου της συσκευής. Να κατατεθεί.
10. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι εξουσιοδοτημένη επισήμως από τον κατασκευαστικό οίκο για την εισαγωγή και την διακίνηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των λοιπών εξαρτημάτων για την Ελλάδα. Να κατατεθεί.
11. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει εξουσιοδοτημένο και πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη της συσκευής του νοσοκομείου και των προσφερόμενων εξαρτημάτων, διασφαλίζοντας και παρέχοντας τη σωστή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Να κατατεθεί.
12. Η προμηθεύτρια εταιρεία να φέρει τις κάτωθι πιστοποιήσεις: ISO 13485, ISO 45001, ISO 14001 και ISO 27001. Να κατατεθούν.
13. Δείγμα απαραίτητο.