

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΕΛΗΣ**

Το σύστημα να αποτελείται από τα κάτωθι:

- 1. Μία (1) Φυγόκεντρο καρτών μεθόδου γέλης 24 θέσεων**
  - Να διαθέτει κεφαλή φυγόκεντρου με 24 υποδοχές για κάρτες με τη μέθοδο γέλης.
  - Να είναι αθόρυβη και να ελέγχεται ηλεκτρονικά.
  - Ο χρόνος και η ταχύτητα να είναι εκ των προτέρων ρυθμιζόμενα με ακρίβεια και να εμφανίζονται οπτικά σε οθόνη.
  - Να διαθέτει ακουστική ειδοποίηση στο τέλος της φυγοκέντρωσης.
  
- 2. Έναν (1) Επωαστήρα καρτών μεθόδου γέλης 24 θέσεων**
  - Επωαστήρας για επώαση ID-Cards σε θερμοκρασία 37°C.
  - Ο χρόνος και η θερμοκρασία να εμφανίζονται οπτικά στην οθόνη.
  - Να διαθέτει ακουστική ειδοποίηση στο τέλος της επώασης.
  
- 3. Δύο (2) Δοσομετρητές**
  - Οι Δοσομετρητές να είναι επαναλαμβανόμενης διανομής σταθερού όγκου 0.5 ml και 1.0 ml για τα διαλύματα των εναιωρημάτων.
  
- 4. Μία (1) ID Πιπέτα**
  - Η πιπέτα να διαθέτει λειτουργία επαναλαμβανόμενου πιπεταρίσματος και ρύθμιση για 12,5ml, 25ml, 50ml. Να είναι μικρού βάρους, ώστε να γίνεται ο επαναλαμβανόμενος χειρισμός με ευκολία. Να διαθέτει αυτόματη απόρριψη ρυγχών μιας χρήσεως.

Ο ανωτέρω εξοπλισμός να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς το CE σύμφωνα με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO.