

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ (RETROGRADE) ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΣΕΤ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ/ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΟΥ/ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ CUFF, ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ **ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (RETROGRADE)**:

- Να διατίθεται σε διάφορα μήκη από 19 έως 32cm tip to cuff
- Να έχει διάμετρο αυλού 14-15FR περίπου
- Να είναι κατασκευασμένος από βιοσυμβατό υλικό ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου(ιωδιούχα, αλκοολούχα κλπ)
- **Να ΜΗ φέρει αποσχιζόμενα σκέλη στο ενδαγγειακό άκρο του**
- Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση του καθετήρα με ανάδρομη (retrograde) τεχνική:
 - καθετήρα διπλού αυλού
 - εξωσωματικό τμήμα του καθετήρα με τις αρτηριακές/φλεβικές προεκτάσεις
 - συρμάτινο οδηγό τύπου J
 - αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό
 - μεταλλικό τροκάρ
 - πώματα, βελόνα παρακέντησης, αγγειακούς διαστολείς, νυστέρι μιας χρήσης.
- Η μέγιστη δυνατή παροχή αίματος να είναι τουλάχιστον 400 ml/min με χαμηλή κλίση πιέσεων (<150mmHg)
- Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.
- Να φέρουν σήμανση CE

Ο πάροχος του καθετήρα να μπορεί να προσφέρει σε χωριστή παραγγελία και σετ ανταλλακτικών του retrograde καθετήρα για το εξωσωματικό τμήμα του καθετήρα με την αρτηριακή και φλεβική προέκταση, τα οποία θα παραγγελθούν μελλοντικά μόνο εφόσον εμφανίσει αντίστοιχο πρόβλημα ο καθετήρας κατά τη λειτουργία του.