ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανώτερης ποιότητας ιατρικό χάλυβα, να είναι ΜΑΤ και να έχουν άριστο φινίρισμα. Οι αρθρώσεις των εργαλείων να ανοίγουν και να κλείνουν μαλακά και τα σκέλη των λαβίδων να κλείνουν σταθερά. Τα ψαλίδια να έχουν άριστες κοπτικές επιφάνειες και να κόβουν μαλακά σε όλο το μήκος τους.
2. Οι προσφέροντες να κατονομάζουν επί ποινή αποκλεισμού στην προσφορά τους, τον κατασκευαστικό οίκο (ονομασία, χώρα διεύθυνση κ.λ.π.) όλων των προσφερόμενων εργαλείων.
3. Να κατονομάζεται επίσης επί ποινή αποκλεισμού (ονομασία, χώρα, διεύθυνση) ο κατασκευαστής- παραγωγός του κράματος των μετάλλων που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστικός οίκος για την κατασκευή των εργαλείων. Να βεβαιώνεται η συνεργασία των οίκων.
4. Στα εργαλεία να φαίνονται αποτυπωμένα:
    - Κωδικός που αντιστοιχεί στον κατάλογο του εργοστασίου.
    - Serial Number του εργαλείου
    - Επωνυμία εργοστασίου
    - CE
    - STAINLESS (ποιότητα εργαλείου)
    - Χρονολογία κατασκευής
    - Επωνυμία της προμηθεύτριας εταιρείας
    - Data Matrix- μήτρα καταχώρησης δεδομένων μέσω Η/Υ με προοπτική την ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη παρακολούθηση των χειρουργικών εργαλείων και τη σύγχρονη οργάνωση της Κεντρικής Αποστείρωσης
5. Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών των προσφερόμενων εργαλείων με τα ζητούμενα.
6. Να υπάρχει πληρότητα της προσφοράς από το ίδιο εργοστάσιο για την εξασφάλιση της ομοιογένειας στην ποιότητα.
7. Να κατατεθεί εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας των εργαλείων για 10 έτη από τον κατασκευαστικό οίκο.
8. Να κατατεθούν με την προσφορά της τεχνικής αντιπροσωπευτικά δείγματα και απόλυτα σύμφωνα με τον όρο 4 των προδιαγραφών, επί ποινή αποκλεισμού.
9. Να δηλώνεται ρητά και αποδεδειγμένα η ύπαρξη στην προμηθεύτρια εταιρεία εξουσιοδοτημένου service στην Ελλάδα, για την άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει στη συντήρηση ή αντικατάσταση ελαττωματικών εργαλείων.
10. Να κατατίθενται με την προσφορά πιστοποιητικά : ISO του κατασκευαστικού οίκου, ISO της προμηθεύτριας εταιρείας, ISO του παραγωγού του κράματος των μετάλλων, CE των προσφερομένων ειδών, ανάλυση κράματος μετάλλου Όλα τα ανωτέρω να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα.